

技术服务要求:

序号	产品名称	数量	参考图片	最低参数或功能要求
1	液压踏步器	8 台		主架为优质钢架, 喷塑 69*79*117mm, 承重不低于 135 公斤, 阻力 12 档可调, 带计数器
2	坐式健身车	8 台		支架为优质钢材, 表面喷塑处理 144×60×118cm, 坐垫调节范围 0 ~ 23cm, 阻尼调节档数, 额定载荷: 靠背垫 70kg, 坐垫 135kg
3	减重助行器	8 台		不锈钢材料。60×80×95cm, 悬挂支架升降调节范围 95 ~ 145cm, 扶手调节范围: 上下调节 105 ~ 125cm, 四周全封闭, 且有一方为活动锁扣, 共六个带锁扣滑轮。额定载荷 135 公斤。
4	红外线烤灯	8 台		电压: 220V, 工作频率: 50Hz。定时+防倾倒装置。灯泡功率 150w。0-60 分钟调节。
5	颈牵扭腰按摩器	8 套		支架为优质钢材, 表面喷塑处理, 尺寸 125×100×200 cm (可正负偏离 5%), 牵引力大小通过两种方式调控, 通过 1:20(角速度) 的手摇齿轮减速机和齿式棘轮机构 (不低于 12 齿) 调节力度大小, 既可独立调节, 也可联合调节。带测力计, 扭腰盘, 背部、足部有按摩滚轮。
6	上下肢训练器	8 台		主架为优质Φ6cm 钢架, 喷塑, 管厚 2mm, , 阻力大小可调节, 高度可调, 带按摩轮
7	跑步机	1 台		支架为优质钢材, 表面喷塑处理, 10.1 寸显示屏, 可连接无线网络, 马达 3.5HP, 速度 1—10KM / h, 跑带 420×1200mm(可正负偏离 5%), 折叠尺寸 260×690×1360 mm (可正负偏离 5%)
8	多功能按摩椅	1 张		PU 皮, ABS 材质, 按摩头 18 个, 220V 电源, 尺寸 124*100*200cm (可正负偏离 5%), 推拿, 揉捏, 热敷 3 种模式, 臀部, 肩部, 手臂, 小腿气囊挤压, 臀部高频振荡。定时调节。
9	划船运动器	8 台		支架为优质钢材, 表面喷塑处理 125×30×50cm, 坐垫可移动 0-30CM。12 档阻力可调。承重 135 公斤。 LED 显示

10	颈腰椎牵引床	4 台		主架优质钢材，颈椎牵引力 0-20 公斤，腰椎牵引力 0-80 公斤，牵引行程 0-22 厘米。床面为 PU 皮革，承重 150 公斤，产品尺寸 190*560*510 厘米。
11	中频治疗仪	9 台		1.中频频率： 2 ~ 10KHz。2.调制频率： 0 ~ 150Hz。3.环境温度： -40℃~+50℃。4.相对湿度： ≤93 %。5.大气压力 500hpa~1060hpa。6.电源： 220V 50H。7.输入功率： 30VA。8、*输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出电流不大于 100mA。9、具有单通道和透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，温度可控。10、*内存 10 个治疗处方。11、*调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他之间的组合，由程序设定。12、电源电压波动±10%对电疗仪的输出幅度、脉冲宽度或脉冲重复频率造成的影响必须不大于±10%。13、*产品适用于临床上对颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出等症的康复理疗（以注册证为准）。14、必须配有使电疗仪输出幅度值每一增量不大于 1mA 或 1V 断续调节的输出幅度控制器,其最小输出设定值，必须不超过最大设定值的 2%。15、电疗仪为连续运行设备，连续工作时间应能≥4h。